

SPESIFIKASI TEKNIS
PEMELIHARAAN ALAT KIMIA IMMUNOLOGI ABBOT
BLUD T.A. 2024

No	Uraian Barang/ Jasa	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	TKDN
1	PEMELIHARAAN ALAT KIMIA IMMUNOLOGI ABBOT	<ol style="list-style-type: none">1) Preventive Maintenance (PM) dilakukan 1 kali dalam setahun2) Dukungan melalui phone service center 24/7 di nomor 0800-150-31313) Dukungan di lokasi pada hari kerja dan jam kerja4) Garansi uptime instrument 99%5) Dukungan Service dengan response time Hari yang sama6) Pemeliharaan mendapatkan konektivitas AbbottLink7) Bebas biaya jasa servis selama masa kontrak, pada jam kerja dan emergency call8) Respon servis dalam satu hari9) Sudah termasuk biaya spare part apabila dibutuhkan pergantian spare part	Paket	1	Tidak

Tangerang, 22 April 2024
Pejabat Pembuat Komitmen

dr. Arnita Asiah Harahap
Nip. 197710182011012001